

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE VALJEVO
BROJ:2896 -1OP /2018
16.06.2018.godine
V a l j e v o
ul. Vladike Nikolaja br.5
tel.014/237-056

Predmet : Odgovor na pitanje vezano za konkursnu dokumentaciju broj 2896-1OP/2018 za javnu nabavku velike vrednosti- nabavka laboratorijskog materijala po partijama :

Pitanje: Partija 8.- Filter papir

Stavka 6.- Da li je prihvatljivo za stavku 6 u partiji 8 ponuditi filter papir Ø25mm?

Odgovor : Partija 8.- Filter papir

Stavka 6- Nije moguće prihvatiti manji prečnik jer je Ø30mm odgovarajući prečnik za aparat koji posedujemo.

Komisija za javnu nabavku