

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE VALJEVO
BROJ:3276 -2OP /2019
11.06.2019.godine
Valjevo
ul. Vladike Nikolaja br.5
tel.014/237-056

Predmet : Odgovor na pitanje vezano za konkursnu dokumentaciju broj 3276-2OP/2019 za javnu nabavku velike vrednosti- nabavka laboratorijskog materijala po partijama :

Pitanje: Partija 8.- Filter papir

Stavka 2.- Da li je potrebno ponuditi kvalitativni ili kvantitativni filter papir? Da li je prihvatljivo ponuditi filter papir prečnika 125mm?

Stavka 4.- Da li je prihvatljivo ponuditi filter papira prečnika 125 mm?

Stavka 5.- Molim Vas da precizirate veličinu pora koju je potrebno ponuditi.

Da li je prihvatljivo da se uz ponudu dostave tehničke specifikacije ili izvode iz kataloga a da se sertifikati o kvalitetu dostave uz isporučenu robu, sertifikat koji će pratiti isporučeni lot?

Odgovor : Partija 8.- Filter papir

Stavka 2.- Ponuditi kvantitativni filter papir-plava traka I prihvatljivo je ponuditi filter papir prečnika 125mm.

Stavka 4.-Prihvatljivo je ponuditi filter papira prečnika 125 mm.

Stavka 5.- U tehničkoj specifikaciji koju mi posedujemo ,za navedeni stakleni microfiber papir koji smo do sada koristili (Whatman Glass microfiber filters GF/A diameter 47mm Cat.br. 1820-047) ne postoji podatak za veličinu pora. Ukoliko za traženi papir navedeni proizvođač nije u ponudi, potrebno je ponuditi ekvivalent zbog tehničkih karakteristika.

Pojedinačni sertifikati se obavezno moraju dostaviti prilikom isporuke uz svaki isporučeni proizvod- vezano za serijski broj ili LOT a u ponudi je prihvatljivo dostaviti tehničku specifikaciju ili izvod iz kataloga sa "generalnim " sertifikatom proizvođača.

Komisija za javnu nabavku