

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE VALJEVO
BROJ:3400 -3OP /2019
11.06.2019.godine
Valjevo
ul. Vladike Nikolaja br.5
tel.014/237-056

Predmet : Odgovor na pitanje vezano za konkursnu dokumentaciju broj 3276-2OP/2019 za javnu nabavku velike vrednosti- nabavka laboratorijskog materijala po partijama :

Pitanje: Partija 1.- Laboratorijsko staklo

Stavka 25.- Da li je prihvatljivo ponuditi bocu po Dreschleru 100m NS29/32 sa ili bez sintera?

Odgovor : Partija 1.- Laboratorijsko staklo

Stavka 25.- Ispiralica po Dreschelu sa staklenim perforiranim raspršivačem, ravno dno, NB 29/32, zapremina 100 ml, dimenzije 44x200mm, raspored priključnih cevi-paralelno, prečnik difuzora 15mm.

Komisija za javnu nabavku