

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE VALJEVO  
BROJ:3400 -3OP /2019  
13.06.2019.godine  
Valjevo  
ul. Vladike Nikolaja br.5  
tel.014/237-056

**Predmet** : Odgovor na pitanje vezano za konkursnu dokumentaciju broj 3276-2OP/2019 za javnu nabavku velike vrednosti- nabavka laboratorijskog materijala po partijama :

**Pitanje: Partija 2.- Laboratorijsko staklo "A" klase**

Stavka 1.- Po proizvođačkoj specifikaciji sa biretom od 10ml ide boca od 500 ml. Može posebno da se ponudi bireta od 10ml, posebno boca od 1000 ml sa tim da šlifovi neće biti kompatibilni i neće moći da se koriste u kompletu.

**Odgovor : Partija 2.- Laboratorijsko staklo "A" klase**

Stavka 1.- Ako je po specifikaciji uz biretu od 10ml rezervoar od 500 ml to zadovoljava naše zahteve.

Komisija za javnu nabavku