

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE VALJEVO
BROJ:3400 -3OP /2019
13.06.2019.godine
Valjevo
ul. Vladike Nikolaja br.5
tel.014/237-056

Predmet : Odgovor na pitanje vezano za konkursnu dokumentaciju broj 3276-2OP/2019 za javnu nabavku velike vrednosti- nabavka laboratorijskog materijala po partijama :

Pitanje: Partija 1.- Laboratorijsko staklo

Stavka 13.- Eksikator sa poklopcem, nije navedena veličina.

Stavka 39-Traži se tigl 85 ml. U katalozima ne postoji ta zapremina. Da li može da se ponudi 80 ml?

Stavka 42-Traži se tigl 60x40. U katalozima nema ta veličina. Da li može da se ponudi 60x38 ?

Odgovor : Partija 1.- Laboratorijsko staklo

Stavka 13.- Eksikator sa poklopcem Ø210mm.

Stavka 39-Može se ponuditi tigl zapremine 80 ml?

Stavka 42- Može se ponuditi tigl dimenzija 60x38mm ?

Komisija za javnu nabavku